

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 81/2019  
Data do Processo: 03/04/2019

Folha: 1/6

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES DIVERSOS REALIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIFAL E O MUNICÍPIO DE ALFENAS. ATRAVÉS DA PORTARIA 3.862 DE 5 DEZEMBRO DE 2018 DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 30 de Abril de 2019, às 09:54 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 175/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 81/2019, Licitação nº 19/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A COMISSÃO ATESTA A PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL DAS EMPRESAS: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA (9262) E M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (13322) E ENVELOPES ENTREGUES POR CORREIOS OU ENTREGUES NO SETOR DAS EMPRESAS MED CENTER COMERCIAL LTDA E LUCADAMA TRADE IMD. E COMÉRCIO EIRELI EPP. PROCEDIDA A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, E POSTERIOR FASE DE LANCES, CHEGOU-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO. PROCEDIDO O EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS, ATENDEM ÀS EXIGENCIAS EDITALÍCIAS.

**Participante: 9262 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	MANTA AQUECEDORA CAPACIDADE 1000 ML: MANTA AQUECEDORA (1000ML). COM REGULADOR DE POTÊNCIA. TEMPERATURA ATÉ 300°C. INTERNAMENTE CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO COM RESISTÊNCIA INCORPORADA; EXTERNAMENTE EM CHAPA COM PINTURA EPÓXI; POTÊNCIA: 200 WATTS; VOLTAGEM 110 VOLTS	UN	1,00	NOVA INSTRUMENT: NI	0,0000	750,00	750,00
7	HOMOGENEIZADOR: AGITADOR MECÂNICO: INDICADO PARA AGITAR ATÉ 6 LITROS DE ÁGUA OU LÍQUIDOS COM VISCOSIDADE DE ATÉ 10.000 MPAS ( MÉDIA VISCOSIDADE ); ROTAÇÃO REGULÁVEL ENTRE 170 A 2000 RPM; CORPO EXTERNO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS CORROSIVOS, ACOMPANHA HASTE DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO 1/4" POR 180MM DE COMPRIMENTO E HÉLICE TIPO NAVAL COM DIÂMETRO DE 60MM; POTÊNCIA: 50W - 50-60HZ; ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS OU 220 VOLTS. ACOMPANHA SUPORTE PARA O MOTOR MODELO 450-1	UN	1,00	FISATOM MOD 711	0,0000	1.403,00	1.403,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2019 - PR**

**CNPJ: 11.436.319/0001-80**  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação: 81/2019**  
**Data do Processo: 03/04/2019**

Folha: 2/6

**Participante: 9262 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
14	BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL CAPACIDADE MÍNIMA 210G; PRECISÃO: 0.0001G; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA COM PESO EXTERNO INCLUSO PARA EFETUAR A CALIBRAÇÃO; CAPELA DE PROTEÇÃO, SISTEMA MECÂNICO DE PROTEÇÃO A SOBRECARGA; PROCESSADOR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), COMPONENTE ATÉ 100 VEZES MAIS RÁPIDO QUE UM PROCESSADOR COMUM E PERMITE QUE A BALANÇA POSSUA UMA GRANDE ESTABILIDADE E RESPOSTAS MUITO RÁPIDAS; TECLAS ÚNICAS PARA LIGAR/DESLIGAR, TARAR, IMPRIMIR E CALIBRAR AUTOMATICAMENTE; UNIDADES DE PESAGEM: GRAMAS, QUILATES, ONÇAS, POUNDS, PENNYWEIGHTS, ONÇA TROY, GRAINS, TAEI; ADAPTADOR DE VIBRAÇÕES COM 3 NÍVEIS; LEGIBILIDADE: 0,1MG (QUATRO CASAS DECIMAIS); LINEARIDADE: 0,3MG (QUATRO CASAS DECIMAIS); CAMPO DE PESAGEM: 0 - 210,0000G; CAMPO DE TARAGEM: 0 - 210,0000G; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 2 SEGUNDOS; PRATO DE PESAGEM DE 80MM (COM SUPORTE E ANEL PARA GARANTIR UM PERFEITO FUNCIONAMENTO); DOIS PÉS FRONTAIS AJUSTÁVEIS; DISPLAY TIPO LED; INDICADOR VISUAL DA ESTABILIZAÇÃO DA LEITURA; COMPARTIMENTO DE PESAGEM COM TRÊS PORTAS, SENDO DUAS LATERAIS E UMA SUPERIOR; PRATO COM PROTETOR CONTRA PÓ COM PROGRAMA INTERNO DE ESTABILIZAÇÃO DE ALGARISMOS; SAÍDA INTERFACE RS232 PARA PC OU IMPRESSORA; INCLUSO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. 1 PESO PARA CALIBRAÇÃO EXTERNA. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 194 X 325 X 260 MM. VOLTAGEM: 110/220 V, 50/60 HZ.	UN	1,00	BEL M214AIH	0,0000	7.000,00	7.000,00
21	BRACADEIRA PARA COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES I.V, CONSTRUÍDA SOBRE TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO ESMALTADO, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, FÁCIL ACIONAMENTO, CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO. ALTURA MÍNIMA: 0,65 M / MÁXIMA: 0,95 M	UN	1,00	FORÇA MÉDICA FM0742	0,0000	165,00	165,00

**Total do Participante -----> 9.318,00**

**Participante: 13322 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
19	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, MECÂNICA OU DIGITAL, CAPACIDADE PARA ATÉ 300KG. SE MECÂNICA, DIVISÕES DE 100G; PLATAFORMA PARA PESAGEM DE OBESOS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO, APROXIMADA DE 550X390MM E CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INCORPORADA COM ESCALA DE 2,00M, EM ALUMÍNIO.	UN	1,00	LIDER P300C	0,0000	1.100,00	1.100,00

**Total do Participante -----> 1.100,00**

**Participante: 13323 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	3. DESTILADOR - TIPO PILSEN; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TODOS COMPONENTES DEVEM SER CONSTRUÍDOS EM AÇO INOXIDÁVEL. PRODUÇÃO: NO MÍNIMO DE 10 LITROS/HORA. DEVE POSSUIR: CONTROLE PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE FALTA DE ÁGUA POR PRESSOSTATO, LÂMPADA PILOTO, CONTADOR DE SEGURANÇA (SEM AMPOLA DE MERCÚRIO). VOLTAGEM: 220V.	UN	1,00	Solid Steel	0,0000	2.330,00	2.330,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2019 - PR**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 81/2019  
Data do Processo: 03/04/2019

Folha: 3/6

Participante: 13323 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	OSMOSE REVERSA: APARELHO DE OSMOSE REVERSA 10L/H. A CONDIÇÃO DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO DEVE ESTAR DENTRO DOS SEGUINTE PARÂMETROS: LIVRE DE TURBIDEZ, NÍVEL MÁXIMO DE SÍLÍCIA 50 PPM, FERRO 0,5 MG/L, LIVRE DE SULFETO. TEMPERATURA ENTRE 5°C E 45°C, PRESSÃO ENTRE 40 PSI E 80 PSI, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 100 PSI, FAIXA DE PH ENTRE 3 E 11, SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS NO MÁXIMO 2000 PPM; O SISTEMA COMPLETO É COMPOSTO DE PRÉ-FILTRO DE SEDIMENTOS DE 5 MICRAS, FILTRO DE CARVÃO GRANULADO ATIVADO, FILTRO DE CARVÃO BLOCO, MEMBRANA DE OSMOSE, FILTRO DE CARVÃO EM LINHA, COLUNA DE POLIMENTO, SENSOR AUTOMÁTICO, TORNEIRA PLÁSTICA, BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO E RESERVATÓRIO PRESSURIZADO ANAERÓBIO (10L); LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, MANTENDO SEMPRE O RESERVATÓRIO CHEIO; A PRODUÇÃO NOMINAL DE ÁGUA PURA É DE 10 L/H; DEVE ESTAR EQUIPADO COM LÂMPADA GERMICIDA UV; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; ACOMPANHA MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO, CONEXÃO PARA TORNEIRA, SUPORTE DOS FILTROS, CHAVE PARA TROCA DE FILTROS E MANUAL DE INSTRUÇÕES; BOMBA AUXILIAR PARA AUMENTO DA PRESSÃO DA ÁGUA DE ENTRADA.	UN	1,00	Bfilters	0,0000	3.050,00	3.050,00
10	MEDIDOR DE PH (PHMETRO) DE BANCADA, PH -2,00 A 20,00, TOTALMENTE MICROPROCESSADO, PARA MEDIDA DE PH/MV/ORP E TEMPERATURA. PERMITE O TRABALHO COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODO, INCLUSIVE A ÁLCOOL. SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX - DISPLAY ALFANUMÉRICO - VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL; GABINETE EM ABS, EVITA CORROSÃO. SUPORTE INDIVIDUAL PARA ELETRODO E TEMPERATURA. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, ACEITA VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PH = FAIXA DE TRABALHO: -2.00 A 20.00; RESOLUÇÃO: 0,01; EXATIDÃO: MAIS OU MENOS 0,01, INCERTEZA: MAIS OU MENOS 0,01; EXATIDÃO: MAIS OU MENOS 0,1; INCERTEZA: MAIS OU MENOS 1. TEMPERATURA = FAIXA DE TRABALHO: 0 A 100° C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; EXATIDÃO: MAIS OU MENOS 0,3° C; INCERTEZA: MAIS OU MENOS 0,2° C. CALIBRAÇÃO = FAIXA DE TRABALHO: AUTOMÁTICA; TAMPÕES DE PH: 6,86; 7,00; 7,01/4,00; 9,00 E 10,00. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC; SAÍDA PARA COMPUTADOR TIPO RS 232C. INFORMANDO A LEITURA DO PH, MV E DA TEMPERATURA. - MEDIDAS: LARGURA 23 X 21 COMPRIMENTO X 11 ALTURA; - PESO 3 KGS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 ELETRODO DE VIDRO PARA MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00 E 4,00, SUPORTE PARA ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UN	1,00	Lucadema	0,0000	1.160,00	1.160,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 19/2019 - PR**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 81/2019  
Data do Processo: 03/04/2019

Folha: 4/6

Participante: 13323 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA, DIGITAL MICROPROCESSADO. MEDIR CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS (S/CM); MEDE STD (SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS) COM FATOR PROGRAMÁVEL; MEDE CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL(S/M); SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL FABRICADO EM AÇO INOX, PODENDO -SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA EM TODAS AS ESCALAS; GABINETE EM ABS; SUPORTE INDIVIDUAL PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTIVIDADE EM ÁGUAS: 0 A 200.000 US/CM (200 MS/CM) COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 4 ESCALAS / EXATIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA / INCERTEZA +- 1%; CONDUTIVIDADE EM ÁLCOOL: 0 A 20.000 US/M COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 4 ESCALAS / EXATIDÃO DE 2% FUNDO DE ESCALA / INCERTEZA + - 1%; TEMPERATURA: 0 A 100°C / RESOLUÇÃO 0,1°C / EXATIDÃO + - 0,3°C / INCERTEZA +- 0,2°C; ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 VOLTS (BIVOLT); SAÍDA RS 232C, INFORMANDO AS LEITURAS DE CONDUTIVIDADE E TEMPERATURA. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR: 01 CÉLULA DE VIDRO PARA CONDUTIVIDADE EM SOLUÇÕES AQUOSAS K= 1, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÃO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO 146,9 US/CM, SUPORTE PARA CÉLULA E SENSOR DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UN	1,00	Lucadema	0,0000	1.502,00	1.502,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 19/2019 - PR**

**CNPJ: 11.436.319/0001-80**  
**PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68**  
**C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG**

**Processo Administrativo:**  
**Processo de Licitação: 81/2019**  
**Data do Processo: 03/04/2019**

Folha: 5/6

**Participante: 13323 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
24	ESTUFA DE AR CIRCULANTE DE GRANDE PORTE - GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI CÂMARA INTERNA EM AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI 2 PORTAS EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL 9 SUPORTES COM DISTÂNCIA 100 MM CADA PARA ACOMODAR 9 PRATELEIRAS ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÁ DE VIDRO VEDAÇÃO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304 FLUXO DE AR COM SAÍDA SUPERIOR DE AÇO INOX COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO SENSOR DE TEMPERATURA PT100, COM LEITURA DIGITAL DO SET POINT E DO PROCESSO CHAVE GERAL DE LIGA/DESLIGA, COM LED PAINEL ADESIVO EM POLICARBONATO TEXTURIZADO A PROVA D'ÁGUA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 2 COM TRAVAS E 2 SEM TRAVAS CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136 CAPACIDADE TÉCNICA: 2 MOTORES DE CORRENTE ALTERNADA ¼ HP - CLASSE H; ROTAÇÃO DO MOTOR 3.400 RPM; CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MOTORIZADA COM VENTOINHAS TIPO SIROCO; RENOVAÇÃO DE AR COM ENTRADA LATERAL E SAÍDA SUPERIOR AJUSTÁVEL MANUAL; SEGURANÇA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO; PROTEÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, COM SISTEMA PID FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA: 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 200 °C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; VARIAÇÃO: ± 0,5°C; VOLTAGEM: 220 VOLTS; PESO: 180KG; MODELO SL - 102/1000 ; VOLUME- 1000 LITROS; POTENCIA(WATTS) - 6.000; DIMENSÃO EXTERNA L=1300X P=1150XA=1600MM; ORÇAMENTO - INCLUIR; ACOMPANHA: 8 PRATELEIRAS EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA; MANUAL DE INSTRUÇÕES OPCIONAIS; VOLTAGEM: 110 VOLTS; CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX POLIDO; TEMPERATURA ATÉ 300 °C; CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA DO EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO; CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA; DIFERENTES TAMANHOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.	UN	1,00	Lucadema	0,0000	18.800,00	18.800,00

**Total do Participante -----> 26.842,00**

**Total Geral -----> 37.260,00**

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 19/2019 - PR**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 81/2019  
Data do Processo: 03/04/2019

Folha: 6/6

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 30 de Abril de 2019

**COMISSÃO:**

ROBERTO DIAS DE ALENCAR - ..... - PREGOEIRO  
HERMES GONÇALVES - ..... - MEMBRO  
LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA - ..... - MEMBRO  
CREUZA DE FÁTIMA PENHA RIBEIRO - ..... - MEMBRO  
ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - ..... - MEMBRO  
CLAUDINEI DA LUZ - ..... - MEMBRO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

HELDER DOS SANTOS LIMA - ..... - Representante  
THIAGO MARQUES DOS REIS - ..... - UNIVERSIDADE FED. DE ALFENAS  
MILENA CARLA ESPOSITO - ..... - UNIVERSIDADE FED. DE ALFENAS  
- ..... -