

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2020 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 410/2020

Data do Processo: 27/01/2021

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRAR PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIFAL E O MUN. DE ALFENAS. ATRAVÉS DA PORTARIA 3.862 DE 5 DEZ. DE 2018 DO F. NACIONAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 11 de Fevereiro de 2021, às 13:47 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 284/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 410/2020, Licitação nº 102/2020 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A COMISSÃO ATESTA A PARTICIPAÇÃO DAS SEGUINTE EMPRESAS: MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA (9262), D CRISTAL VIDROS TEMPERADOS ESQUADRIAS DE ALUMINIO (13373). PROCEDIDA A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, E POSTERIOR FASE DE LANCES CHEGOU-SE A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO. PROCEDIDO O EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A COMISSÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS, ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. O SETOR REQUISITANTE DEVERÁ ANTES DE HOMOLOGAR O CERTAME FAZER NOVA PESQUISA DE PREÇO NO ITEM 3- ESTUFA, UMA VEZ QUE O VALOR REGISTRADO FICOU ACIMA DO ESTIMADO NO PROCESSO.

Participante: 9262 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO DIGITAL - ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, 200° C, COM ATE 42 LITROS, 220V, COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR QUE GARANTE PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA POR MEIO DE ROTOR EM AÇO INOX, MOTOR LOCALIZADO FORA DA CAMARA INTERNAS; CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID, INDICAÇÃO DIGITAL (DISPLAY LED) DE QUATRO DÍGITOS, SENSOR DE TEMPARTURA TIPO PT 100, RESOLUÇÃO DE 0,1°C ; RESISTENCIA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTENCIAS TUBULARES BLINDADAS E EM AÇO INOX; TEPERATURA REGUALVEIS DE (AMBIENTE .15° C) A 200° C; AISICOM SUPORTES PARA ACOMODAÇÃO DE 03PRATELEIRAS; ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PINTURA ELETROSTATICA A PÓ; PÉS NOVELADORES DE USO EM BANCADA; PORTA DE CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PINTURA ELETROSTATICA A PÓ; GUARNIÇÃO DE SILICONE EM TODO PERIMETRO E PUXADOR INJETADO E TRINCO DE PRESSÃO; ISOLAÇÃO TERMICA EM TODAS AS LATERAIS E PORTA; SAIDA DE 4 A 20 MA, PARA REGISTRO E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA VIA SOFTWARE, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA EXATIDÃO DO SISTEMA SENSOR DE TEMPERATURA, UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA PELA RBC) REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO)	UN	1,00	ETHIK EST 400/D2	0,0000	5.600,00	5.600,00
4	LAVADORA TRASSONICA COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LIQUIDO. DISPLAY DIGITAL TECLADO MEMBRANA E TEMPORIZADOR COM CICLOS PRE PROGRAMADOS. TAMPA REMOVIVEL E TRANSPARENTE. CUBA INTERNA EM AÇO INOX, COM VOLUME UTIL DE 2,2 LITROS E VOLUME TOTAL DO TANQUE DE 2,6 LITROS. FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 42.000 HZ. ALIMENTAÇÃO 127 V OU 220 V. COM POTENCIA DE ENTRADA DE 170W(220V), 160 W (127V). FREQUENCIA :50/60HZ. TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO:15° C A 40° C ; TEMPERATURA MAXIMA DE AQUECIMENTO DA AGUA: 65° C. DIMENSÕES : COMPRIMENTO 34 CM XLARGURA 25,5 CM X ALTURA 22,5 CM	UN	1,00	SCHUSTER L100	0,0000	1.400,00	1.400,00

Total do Participante ----->

7.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2020 - PR

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 410/2020
Data do Processo: 27/01/2021

Folha: 2/3

Participante: 13373 - D CRISTAL VIDROS TEMPERADOS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	BALANÇA ANALITICA DE ALTA PRECISÃO COM 5 CASAS DECIMAIS, ELETRONICA , COM CAPACIDADE MAXIMA DE ATE 220G, COM DIVISÃO DE 0,00001 PARA PESAGEM DE ATE 82 G E DIVISÃO DE 0,0001 G PARA PESAGEM ACIMA DE 82 G, COM AJUSTE INTERNO E COM CUPULA.	UN	1,00	TOLEDO PRIX	0,0000	23.450,00	23.450,00
2	DESINTEGRADOR PARA CAPSULA E COMPRIMIDOS - APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE DESINTEGRAÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS SEGUNDO NORMA USP. A ESTRUTURA EXTERNA DEVE SER CHAPA DE AÇO CARBONO E COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SUPORTE EM AÇO PARA ACOMODAÇÃO DE TRES CESTOS COM SEIS PROVAS CADA, COM BANHO DE AGUA INCOLOR E COM DRENO FRONTAL, TAMPA DE ACRILICO COM TRES ORIFICIOS PARA ACOMODAÇÃO DO COPO E DO CESTO. CONTROLE AUTOMATICO MICRO PROCESSADO, SISTEMA PID, COM INDICAÇÃO DIGITAL DE PELO MENOS 4 DIGITOS, SENSOR DE TEMPERATURA, RESOLUÇÃO DE 0,1º C, CONTROLE DE TEMPO POR TEMPORIZADOR ELETRONICO MICRO PROCESSADO E INDICAÇÃO DIGITAL E ALARME SONORO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AGUA COM GARANTIA DE HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA NO BANHO, LIVRE DE VIBRAÇÃO. VELOCIDADE ENTRE 29 E 32 RPM. FAIXA DE TEMPERATURA DO BANHO REGULAVEL DE AMBIENTE A 50ºC COM ESTABILIDADE DA TEMPERATURA DE +/-0,1ºC A 37ºC, UNIFORMIDADE DO BANHO DE +/-0,5ºC A 37ºC. ACOMPANHADO DE TRES COPOS DE VIDRO COM FUNDO CHATO COM BORDA, TRES CESTOS CONTENDO DEZOITO TUBOS DE VIDRO E DEZOITO PASTILHAS EM ACRILICO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. VOLTAGEM EM 110 OU 220V. ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA.	UN	1,00	ETHIK	0,0000	22.750,00	22.750,00

Total do Participante -----> 46.200,00

Total Geral -----> 53.200,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 11 de Fevereiro de 2021

COMISSÃO:

ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - - PREGOEIRA
MILZA HELENA DE ALMEIDA - - PREGOEIRA
CLAUDINEI DA LUZ - - PREGOEIRO
ROBERTO DIAS DE ALENCAR - - PREGOEIRO
LUCAS COSTA RODRIGUES SANTOS - - MEMBRO
CREUZA DE FÁTIMA PENHA RIBEIRO - - MEMBRO

**ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 102/2020 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 410/2020

Data do Processo: 27/01/2021

Folha: 3/3

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DIONY MARTINS SIQUEIRA - - Representante

JOSÉ MARCIO MACHADO - - Representante

MAGALI BENJAMIM DE ARAÚJO - - Representante da UNIFAL