

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 76/2021 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 313/2021  
Data do Processo: 07/12/2021

Folha: 1/5

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 34/2021 (Seqüência: 1)**

Ao(s) 21 de Dezembro de 2021, às 13:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 419/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 313/2021, Licitação nº 76/2021 - PE, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** PARTICIPARÃO DA LICITAÇÃO HEALTH SANTA LUZIA LTDA, MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOTECNICA MC EIRELI, SALVI LOPES CIA LTDA. APÓS A FASE DE LANCES CHEGOU-SE A CLASSIFICAÇÃO ABAIXO. A EQUIPE DE PREGÃO DECLARA QUE AS EMPRESAS VENCEDORAS ATENDEM AS EXIGÊNCIA EDITALÍCIAS. O ITEM 6 FOI REGISTRADO ACIMA DO VALOR ESTIMADO E SERÁ APRECIADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR ATRAVÉS DE NOVOS ORÇAMENTOS.

**Participante:** 9262 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	COMPRESSOR - CAPACIDADE: 1 CONSULTORIO SEM BOMBA DE VACUO( ATE 2 SUGADORES SIMULTANEOS) - 2 CONSULTORIOS COM BOMBA DE VACUO( ATE 2 SUGADORES SIMULTANEOS CADA) . RESERVATORIO: CAPACIDADE DE 43 LITROS; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTOOXIDANTE( PINTURA ELETROSTATICA). POSSUI ABERTURA LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES; MOTOR: COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES; MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO; POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERAMICA PROPORCIONANDO REDUZINDO ATRITO INTERNO. SILENCIOSO: REDUZIDO NIVEL DE RUÍDO : 58db A UM METRO DE DISTANCIA. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/ DESLIGA. VALVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. RELE TERMICO( PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. OUTRAS CARACTERISTICAS: DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAIDA DE AR. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA( RETEM A UMIDADE DE AR NO INTERIOR DO RESERVATORIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAIDA DE AR. REGISTRO PARA DRENAGEMDA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATORIO DE ACESSO SUPERIOR E FACIL LOCALIZAÇÃO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRAÇÃO( ENTRADA DE AR NO RESERVATORIO) MANGUEIRA DO MOTOR METALICA E FLEXIVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA UTIL. VALVULA DE ALIVIO( SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO. MOTOR MONOFASICO COM 1/2CV-4 POLOS 110-220 V; CONSUMO ENERGIA 628KW/H; CILINDADA 123CM2; DESLOCAMENTO - LITROS DE AR P/MIM 80 L; RPM DO CABEÇOTE 672 RPM; PRESSÃO 135LBS; VOLUME DE AR DESLOCADO 2,8P.C.M; TEMPO DE CARGA DE 0 A 120 5 MINUTOS; RECARREGA DE 80 A 120 LIBRAS 2 MINUTOS; PESO 40 KG	UN	3,00	SCHUSTER	0,0000	4.850,00	14.550,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
 PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
 C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
 Nr.: 76/2021 - PE

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 313/2021  
 Data do Processo: 07/12/2021

Folha: 2/5

Participante: 9262 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE P. HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	<p>RAIO X ODONTOLOGICO - VOLTAGEM 127/220 WATTS, POTENCIA 1,20KVA, POTENCIA /CABEÇOTE 70KVP, AMPERAGEM / CABEÇOTE 8mA. COLUNA MOVEL COM 5 RODIZIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO E COM AÇO COM COBERTURA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, COM ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATE 620 MM; MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVES DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO, FAZEM COM QUE O POSICIONAMENTO DO CABEÇOTE SEJA FACIL E PRECISO, MESMO EM RADIOGRAFIAS MAIS DIFICIEIS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR; AMPOLA IMPORTADA MARCA TOSHIBA PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA QUANTO A EFECIENCIA E DURABILIDADE EM FUNÇÃO DA EXPERIENCIA INTERNACIONAL DO FABRICANTE; DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECEM PROTEÇÃO AOS CABOS ELETRICOS. IMERSÃO EM OLEO GARANTE REFRIGERÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USOS INTENSIVO.CAMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTENCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO GARANTE PROTEÇÃO AO CABEÇOTE, OPERADOR E PACIENTE, O OLEO AQUECIDO A ALTAS TEMPERATURAS, DILATA COM SEGURANÇA REDUZINDO A PRESSÃO VOLUMETRICA, PROPORCONANDO A REFRIGERAÇÃO IDEAL AOS COMPONENTES DO CABEÇOTE, SEM VAZAMENTO OU EXPLOSÃO. FILTRAÇÃO TÓTAL COM EQUIVALENCIA EM ALUMINIO DE 2,71MM LIBERA OS RAIOS UTEIS E RETEM OS RAIOS MOLES, ELIMINANDO A RADIAÇÃO SECUNDARIA.COLIMADOR PRIMARIO, COLOCADO APOS O FILTRO DE ALUMINIO LIMITA O FEIXE DE RAO X PARA O DIAMETRO DE 59MM NA SAIDA DO CILINDRO LOCALIZADOR, REDUZINDO RADIAÇÕES EM OUTRAS DIREÇÕES EVITANDO QUE O FEIXE DE RAIOS X ATINJA AS PAREDES DO CILINDRO; COM BOM DIRECIONAMENTO, DIMINUI A AREA IRRADIADA APOS O FILME DANDO MAIOR PROTEÇÃO AO PACIENTE. CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO, UTILIZADO PARA PERMITIR O PERFEITO POSICIONAMENTO DO FILME EM RELAÇÃO AO FEIXE DE RAO X; DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO FIME DE 200 MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0.5 MM DE ESPESSURA RETEM A RADIAÇÃO SECUNDARIA QUE POR VENTURA POSSA SE FORMAR NA COLIMAÇÃO PRIMARIA. COLIMADOR SECUNDARIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO, ELIMINA A RADIAÇÃO SECUNDARIA QUE POSSA SE FORMAR APOS O COLIMADOR PRIMARIO, AUMENTANDO A SEGURANÇA DO PROFISSIONAL. TENSÃO NOMINAL 70 KVP; DEVIDO AO MAIOR PODER DE PENETRAÇÃO DO FEIXE DOS RAIOS, PODE-SE OPERAR COM UM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DA RADIAÇÃO SER ABSORVIDA PELOS TECIDOS, PERMITINDO OBSERVAÇÃO MUITO SUPERIOR DOS DETALHES NAS RADIOGRAFIAS, INCLUSIVE DOS TECIDOS MOLES. CORRENTE DE 8 mA PROLONGA A VIDA DOS COMPONENTES DO CABEÇOTE. PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL PERMITE A VISUALIZAÇÃO QUANDO O APARELHO ESTA LIGADO. CONTROLE REMOTO ELETRONIC CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVES DE FIO ESPIRALADO, COM TODOS OS CONTROLES AGRUPADOS, PERMITE O COMANDO A UMA DISTANCIA DE ATE 3 M FORA DA AREA DE RADIAÇÃO SECUNDARIA, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO VISUAL DO EXAME CLINICO. DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS OFERECE MAIS OPÇÕES NA ESCOLHA DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO; O TEMPO DE PRE AQUECIMENTO DO CABEÇOTE DE 0,22 SEGUNDOS JA ESTA INCLUSO E É REGULADO ATRAVES DA SELEÇÃO DE TEMPO; DEVE SER SOMADO AO VALOR INDICADO NO PAINEL, PARA SE OBTER O TEMPO DE APLIACÇÃO DE CARGA. TECLA DE DISPARO DEVERA SER MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO, QUE SERA ACOMPANHADO POR UM LED AMARELO ACESO E UM SINAL AUDIVEL INDICANDO O TEMPO EM QUE O APARELHO ESTARA EMITINDO RADIAÇÃO. MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS E CONSECUTIVOS, ELIMINANDO EXPOSIÇÕES DESNECESSARIAS A RADIAÇÃO E AO SUPERAQUECIMENTO. CABEÇOTE COM CERTIFICAÇÃO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE</p>	UN	1,00	COLUNA MÓVEL D700	0,0000	8.490,00	8.490,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 76/2021 - PE**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
 PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
 C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

Processo Administrativo:  
 Processo de Licitação: 313/2021  
 Data do Processo: 07/12/2021

Folha: 3/5

CERTIFICANDO DE ESTE QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DE FUGFA, ATENDENDO O QUE DETERMINA O REGULAMENTO TÉCNICO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APROVADO PELA PORTARIA SVS -453, DE 01-06-1998. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110 V OU 220 V. AUTOTRANSFORMADOR COM ESTABILIZADOR QUE MATEM A TENSÃO IDEAL NO CABEÇOTE, GARANTINDO UMA QUALIDADE DE IMAGEM E UMA MAIOR VIDA ÚTIL PARA O CONJUNTO.

Total do Participante -----> 23.040,00

Participante: 13589 - HEALTH SANTA LUZIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	SELADORA ELETRONICA, MANUAL, DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO/ NYLON OU NYLON BILAMINADO. ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA, OFERECENDO MELHOR INTEGRAÇÃO AOS OUTROS COMPONENTES DO CONSULTORIO E FAVORECENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTUTURA ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALAVANCA PARA SELAGEM REVESTIDA EM POLIESTIRENO MOLDADO A VACUO. TEMPERATURA DE SELAGEM CONTROLADA POR CHAVE SELETORA. GUILHOTINA CORTADORA DE PAPEL COM LAMINA DE AÇO. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA E FUSIVEL DE PROTEÇÃO NA PARTE TRASEIRA EXTERNA DO APARELHO.SUORTE PARA ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. TENSÃO: BIVOLT AUTOMATICO (110/220V). CONSUMO: 300 W. FREQUENCIA: 60 HZ. COMPRIMENTO DE SELAGEM:300MM. LARGURA DA SELAGEM:13MM. USO ODONTOLOGICO, PARA SELAGEM DE PAPELGRAU CIRURGICO	UN	3,00	CRISTOFOLI	0,0000	800,00	2.400,00
4	CUBA - LAVADORA ULTRASSONICA - DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 28,5CM X22,5 CMX18,5 CM (C X L X A) DIMENSÕES CUBA INTERNA DE INOX: 26,4 CM X 16,4 CM X 8 CM ( C X L X A). PESO LIQUIDO:2,50 KG. PESO BRUTO COM EMBALAGEM:3,00 KG. VOLUME UTIL DO TANQUE: 2,2 L; VOLUME TOTAL DO TANQUE: 2,6 L; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220 V; FREQUENCIA 50/60 HZ; POTENCIA DE ENTRADA 170W(220 V) ,160 W (127V); FREQUENCIA ULTRASSOM: 42.000 HZ; TEMPORIZADOR PRE PROGRAMADO:90S -180S 280S-380S- 480S. TEMPERATURA MAXIMA DE AQUECIMENTO DA AGUA: 65° C ; TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO 15° C A 40° C.	UN	2,00	CRISTOFOLI	0,0000	900,00	1.800,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 76/2021 - PE

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 313/2021  
Data do Processo: 07/12/2021

Folha: 4/5

Participante: 13589 - HEALTH SANTA LUZIA LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	AUTOCLAVE - DISPLAY LCD 4,3" - 96X55MM. ALTA RESOLUÇÃO E GRAND E AREA DE VISUALIZAÇÃO, INDICADOR SIMULTANEO DE TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO. GRAFICO INTUITIVO. ACOMPANHAMENTO GRAFICO INDICANDO CADA ETAPA DE ESTERILIZAÇÃO. SECAGEM COM PORTA FECHADA E PORTA ABERTA. SECAGEM DE ALTO DESEMPENHO, 10 MINUTOS COM PORTA FECHADA E TEMPO REDUZIDO. * PROGRAMA 134 °C UNIVERSAL CLASSE. CICLO TOTAL: SOMENTE *39 MINUTOS. ESTERILIZAÇÃO A 134° C E SECAGEM COM PORTA FECHADA. MATERIAL EMBALADO. * TEMPO MEDIO, PODENDO SOFRER UMA VARIAÇÃO DE +-10%. GERENCIAMENTO NO PROGRAMA DE OPERAÇÕES: O GERENCIAMENTO DE VARIOS COMANDOS DO EQUIPAMENTO PODERA SER EFETUADO DIRETAMENTE ATRAVES DO PAINEL INTERATIVO. AJUSTE NO TEMPO DE SECAGEM. CASO HAJA NECESSIDADE, O TEMPO DE SECAGEM PODERA SER ALTERADO, MANTENDO O TEMPO SOLICITADO FIXO NA PROGRAMAÇÃO. TESTES DE FUNCIONAMENTO INDIVIDUAIS DOS PRINCIPAIS COMPONENTES. OS PRINCIPAIS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO PODERÃO SER TESTADOS INDIVIDUALMENTE ATRAVES DO PAINEL FRONTAL. AJUSTE AUTOMATICO DA ALTITUDE COM A OPÇÃO PARA O MODO MANUAL. 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. 134° C UNIVERSAL B -; 134° C RAPIDO S; 134 °C PRION B; 121° UNIVERSAL B; 121° RAPIDO S; RESERVATORIO INTERNOS P/ AGUA LIMPA E AGUA UTILIZADA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE E SEGURANÇA OPERACIONAL. ALIMENTADOR AUTOMATICO DE AGUA LIMPA. GERADOR DE VAPOR QUENTE INDEPENDENTE. TAMPÁ E CÂMARA CONFECCIONADA EM AÇO INOX( PEÇA UNICA) SEM COSTURA OU SOLDA. COMANDOS NO PAINEL ILUMINADOS E SENSÍVEIS AO TOQUE. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 21 LITROS; TANQUE E BANDEIJAS EM AÇO INOX. QUE OFERECE LONGA DURABILIDADE E RESISTENCIA A CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. POSSUI 11 SISTEMAS DE SEGURANÇA. O QUE ATENDE AOS PADRÕES INTERNACIONAIS. OPERAÇÃO FACIL E AUTOMATICA COM INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVES DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. SISTEMA DE SEGURANÇA: SISTEMA ELETRONICO MICROPROCESSADO DE TEMPO E TEMPERATURA. TECLA DE EMERGENCIA; SISTEMA ELETRONICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; THERMOSTATO; VALVULAS DE SOBREPRESSÃO; VALVULA SELENOIDE; VALVULA DE SUB PRESSÃO ANTI VACUO; ANEL DE SILICONE PARA VEDAÇÃO DA PORTA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; CONJUNTO DE FUSÍVEIS ELÉTRICOS; PES DE BORRACHA ANTIDESLIZANTES. ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS: SECAGEM EXTRA, DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMATICA; POTENCIA DE 1600 W ; VOLATEGM 220 VOLTS; ACESSORIOS: 3 BANDEIJAS EM AÇO INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEIJAS INOX, FUSÍVEIS, ABRAÇADEIRAS, E COPO DE MEDIDA DE AGUA. DIMENSÃO CÂMARA: DIAMETRO 25CM X PROFUNDIDADE 43,5 CM, MEDIDAS EXTERNAS L35 XA 39,5 CM X PRF 61 CM, COR BRANCO.	UN	2,00	BS 2.1	0,0000	4.702,50	9.405,00

Total do Participante -----> 13.605,00

Participante: 14110 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE P/ ATE 05 CONSULTORIO SIMULTANEAMENTE, TURBINA COMPLETA EM LIGA DE BRONZE, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR, EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, TORNANDO-O PRÁTICO, EFICIENTE E DE FÁCIL LIMPEZA. FILTRO DE ENTRADA DE AGUA, PROTETOR TÉRMICO INTERMITENTE. PROTEGE O MOTOR E O CIRCUITO ELETRONICO DE QUEDAS E TENSÃO NA REDE EXTERNA. MOTOR COM EIXO CENTRAL EM INOX, SISTEMA AUTOMATICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO.	UN	1,00	EVOXX	0,0000	5.999,00	5.999,00

Total do Participante -----> 5.999,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS**

CNPJ: 11.436.319/0001-80  
PRACA DRº EMILIO DA SILVEIRA Nº 68  
C.E.P.: 37130-029 - Alfenas - MG

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 76/2021 - PE**

Processo Administrativo:  
Processo de Licitação: 313/2021  
Data do Processo: 07/12/2021

Folha: 5/5

Participante: 14999 - ODONTOTECNICA MC EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	BISTURI ELETRICO - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS - PAINEL DE FACIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D AGUA, DISPLAY DIGITAL( CORTE E COAGULAÇÃO), 4 MODOS DE CORTE: PURE CUT/ BLEND 1/ BLEND 2/ BLEND 3; MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY; CONEXÃO PARA PEDAL DUPLO(CORTE/ COAGULAÇÃO); BORNES RETRILUMINADOS; COMPATIVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE GÁS ARGONIO; CHECKUP AUTOMATICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CODIGO DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL; ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL; CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO; FEEDBACK POWER ADJUST - FPA; SELEÇÃO AUTOMATICA DE PLACA DE RETORNO( SIMPLES OU BIPARTIDA) TECLA STAND-BY; RECUPERAÇÃO/ MEMORIZAÇÃO DOAS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD; 120 POSIÇÕES DE MEMORIA NÃO VOLATIL; AJUSTE DE VOLUME DE AUDIO NO PAINEL FRONTAL; SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMATICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS; ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA.	UN	1,00	BP100 PLUS	0,0000	4.400,00	4.400,00

Total do Participante -----> 4.400,00

Total Geral -----> 47.044,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Alfenas, 21 de Dezembro de 2021

**COMISSÃO:**

ANNA CAROLINA SILVÉRIO MARTINS - ..... - PREGOEIRA  
MILZA HELENA DE ALMEIDA - ..... - MEMBRO  
CLAUDINEI DA LUZ - ..... - MEMBRO  
JULIETHE APARECIDA SILVA - ..... - MEMBRO